

Advisering wisselduur beademings- slangen anesthesietoestellen

Is het mogelijk om de wisselduur van beademingslangen op de anesthesietoestellen van het operatiecomplex te verlengen van 7 dagen naar 4 weken?

Dit levert een aanzienlijke besparing van plastic afval op; besparing geschat op circa €20.000 en 700kg plastic per jaar. Tevens levert het tijdwinst op omdat medewerkers één keer per maand deze handeling verrichten in plaats van één keer per week.

CONCLUSIE

- ✓ Verlengen van de vervangingsfrequentie van de slangen heeft geen invloed op de al bestaande preventieve maatregelen
- ✓ Maatregelen zijn beschreven in richtlijnen en vertaald naar ziekenhuis specifieke protocollen
- ✓ Monitoring op naleving en borging van de maatregelen is belangrijk om de risico's op besmetting te beheersen
- ✓ Risico's zijn niet geheel uit te sluiten, dat geldt echter ook voor een vervangingsduur van 7 dagen

ADVIES

Op basis van minimaal beschikbare evidence én het ontbreken van richtlijnen concluderen de hygiëne infectie preventie en de afdelingen anesthesiologie van het Radboudumc en UMC Utrecht, dat het verantwoord is, met in achtname van bestaande beheersmaatregelen, om de vervangingsfrequentie te verlengen van 7 dagen naar 4 weken.



MEER INFORMATIE

Scan de QR code om het hele adviesrapport te lezen.



Voor meer informatie en praktische tips bezoek:

www.degroeneok.nl